

Nr sprawy D25M/252/N/16-26rj/20

Gdynia, dnia 08.10.2020 r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników chemicznych i pozostałego asortymentu dla Zakładu Patomorfologii oraz Pracowni Diagnostyki Prątką Gruźlicy wraz z dzierzawą aparatów”

Sprostowanie wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.10.2020 r.

Niniejszym Zamawiający informuje, o sprostowaniu pisma z dnia 08.10.2020 r. w zakresie odpowiedzi na pytanie numer 1, pytanie nr 2 oraz pytanie nr 48 .

Zamawiający dokonuje sprostowania w następujący sposób:

Jest:

Pytanie 1 – dotyczy Załącznik nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość dodawania dodatkowych wierszy w formularzu cenowym dla zadania 9. Swoją prośbę argumentujemy koniecznością wyceny wszystkich, niezbędnych odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli "Przedmiot zamówienia - odczynniki lista przeciwciał wraz z szacunkową ilością testów w ciągu 24 miesięcy"

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 – dotyczy Załącznik nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość dodawania dodatkowych wierszy w formularzu cenowym dla zadania 10. Swoją prośbę argumentujemy koniecznością wyceny wszystkich, niezbędnych odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania oznaczeń wymienionych w tabelach "Asortyment".

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48 dotyczy Zadania nr 5

Poz.1: Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiający oczekuje kasetek biopsyjnych z otworami o wymiarach ok. 0,35mm +/- 0,05mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

Winno być:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 467; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Pytanie 1 – dotyczy Załącznik nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość dodawania dodatkowych wierszy w formularzu cenowym dla zadania 9. Swoją prośbę argumentujemy koniecznością wyceny wszystkich, niezbędnych odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli "Przedmiot zamówienia - odczynniki lista przeciwciał wraz z szacunkową ilością testów w ciągu 24 miesięcy"

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający dopuszcza możliwość dodatnia dodatkowych wierszy w formularzu cenowym dla zadania 9 celem wyceny wszystkich, niezbędnych odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli "Przedmiot zamówienia - odczynniki lista przeciwciał wraz z szacunkową ilością testów w ciągu 24 miesięcy.

Pytanie 2 – dotyczy Załącznik nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość dodawania dodatkowych wierszy w formularzu cenowym dla zadania 10. Swoją prośbę argumentujemy koniecznością wyceny wszystkich, niezbędnych odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania oznaczeń wymienionych w tabelach "Asortyment".

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający dopuszcza możliwość dodatnia dodatkowych wierszy w formularzu cenowym dla zadania 10 celem wyceny wszystkich, niezbędnych odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli "Przedmiot zamówienia - odczynniki lista przeciwciał wraz z szacunkową ilością testów w ciągu 24 miesięcy.

Pytanie nr 48 dotyczy Zadania nr 5

Poz.1: Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiający oczekuje kasetek biopsyjnych z otworami o wymiarach ok. 0,35mm +/- 0,05mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej i oczekuje kasetek biopsyjnych z otworami o wymiarach ok. 0,35mm +/- 0,05mm.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Małgorzata Brancewicz

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych



Małgorzata Brancewicz